G 20

Gas G : la soluzione Air Liquide per i gas di prova degli apparecchi a gas

- **Applicazioni**

  Gas di Prova delle apparecchiature a gas definito dalla norma UNI EN 437/2005

- **Informazioni per il trasporto**

  Gas compresso

Designazione ufficiale	Metano compresso
N° ONU	1971
ADR/RID	Classe 2
	Codice di classificazione 1 F

- **Scheda Dati di Sicurezza**

  Gas compresso : N° AL 078A

- **Proprietà Fisiche @ 15°C 1013 mbar***

  Densità relativa all'aria 0,555
  P.C.I ..... 35,90 MJ/m^3
  P.C.S ..... 39,94 MJ/m^3
  Indice di Wobbe inferiore ..... 48,20 MJ/m^3
  Indice di Wobbe superiore ..... 53,61 MJ/m^3
  ***Valori calcolati secondo Norma ISO 6976/95**

- **Proprietà**

  Identificazione dei pericoli:
  Preparato classificato pericoloso, Gas Compresso, Altamente infiammabile.
  Campo di infiammabilità: 5% – 15%
  Esposizione personale:
  Valori limite d'esposizione TLV-TWA non stabilito
  Non fumare mentre si manipola il prodotto
  Assicurare un'adeguata ventilazione

- **Equipaggiamento bombole**

  Raccordo valvola:
  UNI 11144 n° 1H: ∅ 20 mm – passo 1,814 – sinistrorso maschio
  Colore ogiva : Rosso (RAL 3000)

- **Specifiche prodotto**

Gas fornito corredato di certificato d'analisi del lotto.

Titolo*	Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione (bar)	Contenuto (m^3)	Codice prodotto
Metano >95 %	Bombola	L50	200	12,5	P0710L50R2A001
	Pacco bombole	V12	200	150	P0710V12R2A001
	Pacco bombole	V16	200	200	P0710V16R2A001
Pressione minima di utilizzo	5 bar				
Temperatura limite di stoccaggio	-10 ÷ 50 °C				
Temperatura limite di utilizzo	0 ÷ 30 °C				
Stabilità	36 Mesi				

* Concentrazione espressa in % volume @ 15 °C 1013 mbar

Italia-it-G20v0 // Credito foto : Air Liquide