G 30

Gas G : la soluzione Air Liquide per i gas di prova degli apparecchi a gas

- **Applicazioni**

Gas di Prova delle apparecchiature a gas definito dalla norma UNI EN 437/2005.

- **Informazioni per il trasporto**

Gas Liquefatto

Designazione ufficiale	Butano
N° ONU	1011
ADR/RID	Classe 2
	Codice di classificazione 2 F

- **Scheda Dati di Sicurezza**

Gas liquefatto : N° AL 014

- **Proprietà Fisiche @ 15°C 1013 mbar***

Densità relativa all'aria 2,075
P.C.I ..... 116,09 MJ/m^3
P.C.S ..... 125,81 MJ/m^3
Indice di Wobbe inferiore ..... 80,58 MJ/m^3
Indice di Wobbe superiore ..... 87,33 MJ/m^3
***Valori calcolati secondo Norma ISO 6976/95**

- **Proprietà**

Identificazione dei pericoli:
Preparato classificato pericoloso, Liquefatto,
Altamente infiammabile.
Campo di infiammabilità: 1,5 % – 8,5%
Esposizione personale:
Valori limite d'esposizione TLV-TWA :800 ppm (ACGIH)
INon fumare mentre si manipola il prodotto
Assicurare un'adeguata ventilazione

- **Equipaggiamento bombole**

Raccordo valvola:
UNI 11144 n° 1P: ∅ 20 mm – passo 1,814 – sinistrorso maschio
Colore ogiva : Rosso (RAL 3000)

- **Specifiche prodotto**

Gas fornito corredato di certificato d'analisi del lotto.

Titolo	Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione# (bar)	Contenuto (Kg)	Codice prodotto
Butano > 99%	Bidone	L40	6,5	15	P0640L40R0A001
	Bidone	L99	6,5	40	P0640L99R0A001
Pressione minima di utilizzo	n.a.				
Temperatura limite di stoccaggio	0 ÷ 50 °C				
Temperatura limite di utilizzo	0 ÷ 30 °C				
Stabilità	36 Mesi				

Tensione di vapore @ 15 °C 1013 mbar

Italia-it-G31v0 // Credito foto : Air Liquide